



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
OLT

COD TRACES RO31000 Olt, COD UNIC LABORATOR RO414-ANSVSA, NR. AUT. ANSVSA 74/05.12.2011
230087 - Slatina, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 171-173; Tel: 0372753837; 0372753838; Fax: 0249416726;
E-mail: office-olt@ansvsa.ro; Site: www.ansvsa.ro; C.U.I.: 4286410; Cont: RO52TREZ5065009XXX000289 TREZ. SLATINA

Nr. intrare/ieșire 4125 /

27.09.2021



La Cererea de analiza nr. FN din 14.09.2021 emisă de PFA GHITOIU ST. GABRIEL, Stupina, Str. Porumbarilor nr.12, Maglavit, DOLJ, înregistrată prin CA-OT-21572 din 14.09.2021, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.


Șef Serviciu Laborator

Dr. Dragomir Ileana-Simona



Director Executiv

Dr. Bolborea Veronel



SIGURANȚA ALIMENTELOR
BULETIN DE ANALIZĂ

acreditat pentru
INCERCARE



Nr. 21572 din 22.09.2021



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1174

Contextul prelevării: **La cerere**

Program prelevare: **Industrie / privat**

Strategie prelevare: **Obiectiva**

Circuit: **Intern**

Proprietar: **PFA GHITOIU ST. GABRIEL**

Unitate: **Stupina**

Sediu social/domiciliu: **DOLJ, Maglavit, Str. Porumbarilor nr.12**

Adresă: **DOLJ, Maglavit, Str. Porumbarilor nr.12**

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: **14.09.2021 - 14.09.2021**

Responsabil prelevare: **Gabriel GHITOIU**

Locul prelevării: **Stupina Maglavit**

Metodă de prelevare: **Ord. ANSVSA 13/2005**

Date cu privire la recepția probelor

Data:
14.09.2021

Temperatura/starea termică:
20,4°C

Responsabil:
Tehn. Vet. Elena Fiera

* Teste adăugate la nivel de laborator
Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office-olt@ansvsa.ro

FA01-BA-P
Ediția 2/01.01.2016
Revizia 1/25.01.2018

Tipărit de Dr. med. vet. Ioana Patuleanu în
22.09.2021 14:19:15



BA-OT-21572
pagina 1 din 3

Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe:1)

1. Produs/Obiectiv: **Miere mana, PFA GHITOIU ST. GABRIEL**

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR-OT- 21572-1 14.09.2021 - 22.09.2021	Miere de albine cantit. totală: 400,00 g nr. unități/probă: 1 sigilare: Nesigilat stare de primire: Corespunzătoare data fab: 10.08.2021 cantit. lot: 200,00kg	Serviciu/Compartiment: Analize Fizico-Chimice alimente si hrana animale Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1 (AR) (PSO - CHA 79) (I.P.) (V)	21572-1.1 : 19 %	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Ord. MADR/MS/ANPC nr. 522/798/317/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Directivei nr, 110/2001(CE)
		Serviciu/Compartiment: Analize Fizico-Chimice alimente si hrana animale HMF prin SR 784-3: 2009 pct. 4.9 (AR) (PSO CH 62) (I.P.) (V)	21572-1.1 : 0,36 mg/100 g	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Ord. MADR/MS/ANPC nr. 522/798/317/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Directivei nr, 110/2001(CE)
		Serviciu/Compartiment: Analize Fizico-Chimice alimente si hrana animale Zahar invertit prin SR 784-3:2009 (AR) (PSO CH 47) (I.P.)	21572-1.1 : 73,73 %	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Ord. MADR/MS/ANPC nr. 522/798/317/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Directivei nr, 110/2001(CE)
		Serviciu/Compartiment: Analize Fizico-Chimice alimente si hrana animale Zaharoza prin SR 784-3:2009 (AR) (PSO CH 47) (I.P.)	21572-1.1 : 4,53 %	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Ord. MADR/MS/ANPC nr. 522/798/317/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Directivei nr, 110/2001(CE)
		Serviciu/Compartiment: Analize Fizico-Chimice alimente si hrana animale Indice diastazic prin SR 784-3:2009 pct. 4.7 (AR) (PSO CH 43) (I.P.) (V)	21572-1.1 : 13.9 cm3/g	Rezultatul testului/ testelor corespunde prevederilor Ord. MADR/MS/ANPC nr. 522/798/317/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Directivei nr, 110/2001(CE)

Responsabili teste/analize:

I. P. = Dr. med. vet. Ioana PATULEANU.....

Responsabil ANALIZE FIZICO-CHIMICE ALIMENTE SI HRANA ANIMALE: Dr. med. vet. Ioana Patuleanu

Abrevieri / Definiții:

* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office-olt@ansvsa.ro

Tipărit de Dr. med. vet. Ioana Patuleanu în
22.09.2021 14:19:15



FA01-BA-P
Ediția 2/01.01.2016
Revizia 1/25.01.2018

BA-OT-21572
pagina 2 din 3

(AR) - Accreditat RENAR
(NR) - Neaccreditat RENAR
(D) - Desemnare metoda
(V) - Validat
IM - incertitudine de măsurare
UM - unități de măsură

Potrivit rezultatelor - când nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării \pm incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc.).

Număr de exemplare <input type="text" value="3"/> din care se distribuie:	<input type="checkbox"/>	Număr anexe <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LSVSA, Siguranta Alimentelor	<input type="checkbox"/> Serviciu/Birou Control Oficial Sănătate Animală și Bunăstare Animală	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PFA GHITOIU ST. GABRIEL, Stupina	<input type="checkbox"/> Contabilitate	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PFA GHITOIU ST. GABRIEL	<input checked="" type="checkbox"/> Serviciu/Birou Control Oficial Siguranța Alimentelor	
	<input type="checkbox"/> Birou/Compartiment Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare	
	<input type="checkbox"/> Circumsciptiile sanitare veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiale	

* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office-olt@ansvsa.ro

Tipărit de Dr. med. vet. Ioana Patuleanu în
22.09.2021 14:19:15



FA01-BA-P
Ediția 2/01.01.2016
Revizia 1/25.01.2018

BA-OT-21572
pagina 3 din 3

